



Výroční zpráva o činnosti KTB 67 Sokolov – NEMOS s. r. o Sokolov za rok 2012

Provoz KTB Sokolov byl na rok 2012 schválen kontrolou SÚKL Praha ze dne 2. 11. 2011. Z hlediska organizačního došlo v roce 2012 ke změně v oblasti personálního obsazení. Po odchodu administrativní pracovnice Pavly Dvořákové z NEMOS s. r. o. Zastává od 1. Října 2012 tuto funkci paní Lucie Koubková. Ostatní personální obsazení zůstalo beze změn

vedoucí lékař MUDr. Oldřich Reiniš

zástupce MUDr. Jaroslav Budín

dis. zdrav. sestra Nikola Lekešová

Z hlediska materiálně technického zabezpečení došlo 15. 10. 2012 k poruše mrazicích boxů – porucha kompresoru v boxu A a B, na dobu výpadku funkce tohoto zařízení, do 24. 10. 2012, kdy byla smluvním servisem porucha opravena, byl tkáňový materiál KTB Sokolov deponován v náhradních mrazicích boxech Transfúzní stanice NEMOS Sokolov, které pracují v režimu -30°C až -35°C. Doba po kterou byl tento materiál uskladněn v těchto náhradních prostorech neví v rozporu s běžným protokolem skladování uvedeného materiálu.

Z důvodu výše uvedené havárie bylo přeloženo do náhradních prostor:

- 11 ks – hlavice femuru – režim boxu A (karanténa)
- 25 ks – hlavice femuru – režim boxu B (výdej. Box)
- 5 ks – lig. patell. – režim boxu B (KTB Brno)
- 4 ks – Achil. Šlacha – režim boxu B (KTB Brno)

Za rok 2012 bylo zabezpečeno, v rámci primoimplantací TEP kyčelního kloubu 18 nových dárců. Při revizních operacích bylo použito :

- 3x štěpů hlavice stehenního kloubu (vlastní štěpy)
- 13x štěpy BTB (KTB Brno – dovoz) při plastikách zkřížených vazů

Za období roku 2012 bylo nutno zlikvidovat celkem 5 námi odebraných štěpů.

Důvod likvidace:

- 2x pozitivita K + C (kontaminace štěpu)
- 3x ztracení průvodní dokumentace štěpu při sérologickém a kulturačním vyšetření.

Pro nastávající rok 2013 je předpoklad normálního fungování tkáňové kostní banky NEMOS s. r. o v Sokolově.

V Sokolově 14. 12. 2012

NEMOCNICE SOKOLOV
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Ortopedická ústředna
Kostní banka
MUDr. Oldřich Reiniš
Vedoucí lékař KTB 67 Sokolov 32 520 128